

Projekt pn.: „**Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy**”  
wspofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
21-580 Wisznice, ul. Rynek 35 Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
NIP 537-234-17-34 Wisznice, dnia 02.09.2020 r.  
Regon 030237753

Znak postępowania: FE.271.2.3.2020.PR

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na **Dostawy materiałów w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie z dnia 31.08.2020 r.:**

Chciałabym poinformować, że na dzień dzisiejszy w polsce nie są dostępne ssaki które państwo ujęli w SIWZ, pakiet nr 10.

Chcielibyśmy zaproponować inne urządzenie mobilne służące do odsysania płynów z dedykowanym jednym pojedynczym miejscem na zbiornik. Jego atutem jest niewielka waga, duża mobilność, łatwa obsługa oraz bezproblemowe utrzymanie czystości.

Czy dopuszczą Państwo takie urządzenie ?

SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY AC/DC

**Cechy urządzenia:**

- Zasilany na trzy sposoby poprzez:
  - gniazdko elektryczne (zasilani sieciowe)
  - zapalniczkę samochodową (DC 12V)
  - akumulator (przy pełnym naładowaniu czas działania ciągłego wynosi 30 minut)
- Nowoczesny design
- Niewielkie wymiary

**Dane techniczne:**

Zasilanie AC	220V±10% 50Hz±2% 12VDC
Pobór mocy	90 VA
Próźnia maksymalna	≥0,075MPa
Przepływ pompowania	20l/min
Pojemność butli	1000ml
Poziom hałasu	≤65dB
Wymiary	370×180×280 mm
Waga	5,8 kg

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia o rozwiązaniach równoważnych.**

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

  
Piotr Drągan