

Dotyczy postępowania Znak sprawy: FE.042.2.2021.AL

„Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ”

Zapytanie Wykonawcy z dnia 11.10.2021 r.

Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza łóżko o długości zewnętrznej 218 cm?

Uzasadnienie: Większa długość nie wpływa na zmniejszenie funkcjonalności łóżka a znacznie zwiększa jego wytrzymałość.

Pakiet 1 poz. 8

Czy zamawiający dopuści długość kroku równą 27cm

Uzasadnienie: Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Pakiet 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza balkonik o szerokości całkowitej 60 cm?

Pakiet 1 poz. 4 -chodzik

1.Czy zamawiający dopuści chodzik o parametrach

Wysokość podpórki: 78-93

Wysokość siedziska:51-57

Obciążenie maksymalne: 120kg

Uzasadnienie: Parametry nieznacznie odbiegające od wymaganych.

Pakiet 2 Poz.7

1.Czy zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z zakresem regulacji wysokości 70-110cm?

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego.

2.Czy zamawiający dopuszcza grubość blatu stolika przyłóżkowego równą 16mm.

Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy - Pakiet 1 poz. 1: Zamawiający dopuszcza do postępowania łóżko o długości zewnętrznej 218 cm;

Dotyczy - Pakiet 1 poz. 8: Zamawiający dopuszcza do postępowania długość kroku równą 27cm;

Dotyczy - Pakiet 1 poz. 3: Zamawiający dopuszcza do postępowania balkonik o szerokości całkowitej 60 cm;

Dotyczy - Pakiet 1 poz. 4: Zamawiający dopuszcza do postępowania chodzik o parametrach - Wysokość podpórki: 78-93, Wysokość siedziska:51-57

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania chodzika o parametrach - Obciążenie maksymalne: 120kg

Dotyczy - Pakiet 2 Poz.7: Zamawiający dopuszcza do postępowania stolik przyłóżkowy z zakresem regulacji wysokości 70-110cm oraz grubość blatu stolika przyłóżkowego równą 16mm