



**Dotyczy postępowania Znak sprawy: FE.042.2.2021.AL**

**„Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ”**

**Zapytanie Wykonawcy z dnia 13.10.2021 r.**

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. Łóżko medyczne elektryczne z materacem – 3kpl. Pkt. 14.**

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko medyczne elektryczne, którego segment uda regulowany jest w zakresie: od 0° do 31,7° ?

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 4. Chodzik – 5szt. Pkt. 3.**

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania wysokiej jakości chodzik, którego wysokość podpórki regulowana jest w zakresie: 78-93cm?

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 4. Chodzik – 5szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania wysokiej jakości chodzik, którego wysokość siedziska regulowana jest w zakresie: 51-57cm?

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 4. Chodzik – 5szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania wysokiej jakości chodzik, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 120kg? To jedyny model chodzika odpowiadający podanym przez Zamawiającego wymiarom – nie ma na rynku chodzika o takich wymiarach i dopuszczalnym obciążeniu do 135kg.

**Pytanie 5.**

**Dotyczy pakietu 1. Pozycja 9. Stepper skrętny z kolumną – 2szt.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie: w pkt. 1 Zamawiający wymaga ramion treningowych, natomiast w nazwie pozycji i w pkt. 6 opisu Zamawiający wymaga kolumny regulowanej w 3 stopniach – te zapisy są ze sobą sprzeczne. Ponadto wymagane przez Zamawiającego wymiary co do milimetra odpowiadają stepperowi z ramionami treningowymi, w związku z czym czy Zamawiającego dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stepper skrętny z ramionami, bez kolumny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dotyczy** - pytanie 1 pakietu 1 poz. 1: Zamawiający dopuszcza do postępowania łóżko, którego segment uda regulowany jest w zakresie: od 0° do 31,7°;

**Dotyczy** - pytanie 2 pakietu 1 poz. 4: Zamawiający dopuszcza do postępowania chodzik, którego wysokość podpórki regulowana jest w zakresie: 78-93cm;

**Dotyczy** - pytanie 3 pakietu 1 poz. 4: Zamawiający dopuszcza do postępowania chodzik, którego wysokość siedziska regulowana jest w zakresie: 51-57cm;

**Dotyczy** - pytanie 4 pakietu 1 poz. 4: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania chodzik o parametrach - Obciążenie maksymalne: 120kg;

**Dotyczy** - pytanie 5 pakietu 1 poz. 9: Zamawiający dopuszcza do postępowania stepper skrętny z ramionami, bez kolumny