

***Dotyczy postępowania Znak sprawy: FE.042.2.2021.AL***

***„Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ”***

***Zapytanie Wykonawcy z dnia 14.10.2021 r.***

Pakiet 1 poz. 4 - chodzik

1. Czy zamawiający dopuści chodzik o poniższych parametrach?
  - Regulowana wysokość siedziska (cztery poziomy w zakresie od 520 do 600 mm);
  - Wyjątkowo lekka aluminiowa rama ułatwia poruszanie się oraz transport (6 kg);
  - Składana rama ułatwia transport i przechowywanie;
  - Regulacja wysokości uchwytów do pchania umożliwia dopasowanie do wzrostu użytkownika (zakres od 830 - 920 mm przy minimalnej wysokości ustawienia siedziska do 900 - 1010 mm przy maksymalnej wysokości ustawienia siedziska);
  - Miękkie siedzisko obszyte materiałem oraz barierka oparcia umożliwiające odpoczynek;
  - Składana i demontowana barierka oparcia;
  - Wymiary siedziska szer. 360 x gł. 255 mm (szerokość wewnętrzna podpórki 440 mm);
  - Ergonomiczne uchwyty wykonane z kontaktowo ciepłego polietylenu;
  - Siatka zakupowa pod siedziskiem do przewozu niewielkich zakupów lub innych drobnych przedmiotów (maksymalne obciążenie 5 kg);
  - 4 koła bezobsługowe, piankowe, pełne o średnicy 200 mm (8”) z możliwością demontażu;
  - Przednie koła skrętne;
  - Tylne koła z hamulcami z funkcją blokady podczas postoju;
  - Produkt medyczny, atestowany.
  - Dopuszczalne obciążenie 136 kg
  - Wymiary przy minimalnej wysokości ustawienia siedziska:  
dł. 620 x szer. 610 x wys. 830 - 920 mm
  - Wymiary przy maksymalnej wysokości ustawienia siedziska:  
dł. 670 x szer. 610 x wys. 900 - 1010 mm
  - Wymiary złożonej podpórki: dł. 300 x szer. 610 x wys. 830 - 1010 mm

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza do postępowania chodzik o powyższych parametrach.