

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**3a. Materac przeciwoleżynowy – 35 szt.**Producent: **(podać)** .....Model/Typ: **(podać)** .....Rok produkcji: **(podać)** .....Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: **(podać)** .....

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Parametry graniczne/punktacja	Treść oferty (parametry oferowane)*
1.	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy	TAK	
2.	Materac przeznaczony do profilaktyki min. III stopnia zagrożenia odleżynami włącznie w skali czterostopniowej EPUAP.	TAK	
3.	Zbudowany z min. 17 komór poprzecznych wykonanych z elastycznego poliuretanu, komory wypinane na klipsy	TAK	
4.	3 statyczne komory na wysokości głowy	TAK	
5.	Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka 200x90 cm.	TAK	
6.	Wysokość materaca min. 10 cm – max 13 cm	TAK	
7.	Materac wyposażony w pasy mocujące do materaca gąbkowego, zawór reanimacyjny CPR, materac zapewniający mikrowentylację	TAK	
8.	Elastyczny pokrowiec z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)	TAK	
9.	System przeznaczony dla pacjentów o wadze do min. 140 kg włącznie	= 140 kg – 0 pkt. > 140 kg ≥ 150 kg – 10 pkt. > 150 kg ≥ 160 kg – 20 pkt. > 160 kg – 30 pkt.	
10.	Zasilanie pompy 230V (+/-10%)	TAK	
11.	Możliwość ustawienia wagi pacjenta na pompie / wyświetlana wartość na diodowym wyświetlaczu LED lub na podziałce wokół pokrętła	TAK	
12.	Materac współpracujący z pompą o wydajności min. 8 l / min	TAK	
13.	Przewód zasilający o dł. min 2m.	TAK	
14.	Cykl pracy zmienny co 10-12 min	TAK	
15.	Wymagany zakres ciśnienia: 20-55 mmHg lub 25-60 mmHg	TAK	

16.	Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy niskiego ciśnienia	TAK	
17.	Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy awarii zasilania	TAK	
18.	Pompa wyposażona w system alarmów oraz jego wyłącznik	TAK	
19.	Dioda LED włączonego trybu statycznego	TAK	

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym.

\* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowane przez nas przedmioty są produkowane seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ..... data .....

.....  
pieczętka i podpis wykonawcy  
lub osoby upoważnionej